

附件

丽水市中医院单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 徐列波	
	职称: 高级	
	工作单位: 丽水市中心医院	
项目信息	项目名称: 史赛克开颅动力系统	
	供应商名称: 丽水华顺医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	1、 原丽水市中医院现有的骨动力系统主机为史赛克品牌,采购史赛克的开颅动力系统可匹配该主机使用。 2、 使用第三方的开颅动力系统无法匹配原丽水市中医院现有的骨动力系统,需重新购置主机,造成资源浪费。 3、 使用兼容史赛克的开颅动力系统的话会影响整机的技术性能,甚至危及生命。	
专业人员签字	徐列波	日期 2021年9月5日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

丽水市中医院单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 毛燕飞	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 丽水市中心医院	
项目信息	项目名称: 史赛克开颅动力系统	
	供应商名称: 丽水华顺医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	1、 原丽水市中医院现有的骨动力系统主机为史赛克品牌,采购史赛克的开颅动力系统可匹配该主机使用。 2、 使用第三方的开颅动力系统无法匹配原丽水市中医院现有的骨动力系统,需重新购置主机,造成资源浪费。 3、 使用兼容史赛克的开颅动力系统的话会影响整机的技术性能,甚至危及生命。	
专业人员签字	毛燕飞	日期 21年9月15日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

丽水市中医院单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵卫全	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 丽水市中心医院	
项目信息	项目名称: 史赛克开颅动力系统	
	供应商名称: 丽水华顺医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	1、 原丽水市中医院现有的骨动力系统主机为史赛克品牌,采购史赛克的开颅动力系统可匹配该主机使用。 2、 使用第三方的开颅动力系统无法匹配原丽水市中医院现有的骨动力系统,需重新购置主机,造成资源浪费。 3、 使用兼容史赛克的开颅动力系统的话会影响整机的技术性能,甚至危及生命。	
专业人员签字	赵卫全	日期 2021年9月15日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。