

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：戴勇	
	职称：高级工程师	
	工作单位：丽水市妇幼保健院	
项目信息	项目名称：丽水市中医院采购数字化X光机球管项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	丽水市中医院现有的西门子数字化X光机，故障无法使用，经查是X光机球管损坏，需更换球管。 因西门子原厂认证的球管注册证是整机注册，其结构及组成中包含球管，如使用第三方球管，必然使注册内容发生变化，无法证明与整机的匹配性存在法律风险；其二西门子原厂球管均通过匹配性测试，可保证质量和安全性，非西门子原厂认证的球管，未在西门子设备上做匹配性测试，无法确保质量和安全性，达不到设备的一致性和匹配性。 根据《政府采购法》第三十一条规定，建议允许采用单一来源方式采购，指定供应商为西门子医疗系统有限公司。	
专业人员签字		日期：2025年8月12日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 雷建君	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 丽水市人民医院	
项目信息	项目名称： 丽水市中医院采购数字化 X 光机球管项目	
	供应商名称： 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	丽水市中医院放射科西门子数字化 X 光机在 2025 年 7 月发生故障无法工作，维保工程师来院查找确认原因是 X 光机球管故障，需更换球管，对于该球管更换采用单一来源方式，理由如下： 一、西门子原厂认证的球管均通过与西门子医疗设备匹配性测试，可以保证质量和使用安全性。非西门子正规渠道提供的未经原厂认证的球管并未在西门子医疗设备上做过匹配性测试。 二、该数字化 X 光机的原有注册证是整机注册的，其结构及组成中包含了球管，如果使用第三方的球管，必然使得注册内容发生变化，无法证明其与整机之间的匹配性，存在法律风险。 三、使用第三方的球管会影响整机的技术性能。根据《政府采购法》第三十一条规定，保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，建议以单一来源的采购方式向数字化 X 光机原厂采购球管。 基于以上原因，建议允许采用单一来源方式，向西门子医疗系统有限公司进行采购。	
专业人员签字	雷建君	日期：2025 年 8 月 12 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：马军	
	职称：工程师	
	工作单位：中心医院	
项目信息	项目名称：丽水市中医院采购数字化X光机球管项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	丽水市中医院放射科西门子数字化X光机在2025年7月发生故障无法工作，经厂家工程师确认故障为球管故障。 西门子原厂认证的球管均通过与西门子医疗设备相匹配性测试，可以保证质量和安全性，非西门子原厂球管并未做过匹配性测试。使用非西门子原厂球管会导致X光机的注册内容发生变化，存在法律风险。使用非西门子原厂球管会影响整机的技术性能。 基于上述原因，建议采用单一来源方式，采购西门子原厂球管。	
专业人员签字	马军	日期：2025年8月12日